

측정 분야(Measurement Field) : 902. 메디컬 기준 측정 실험실
(Medical reference measurement laboratories)

| 분류 번호 | 측정기명 | 권장교정주기 | | 표준 교정수수료 (원) | | |
|----------|--|------------|----------------|--------------|--------|----------------------|
| | | 교정용 표준기 | 정밀 계기 이하 | 기본 수수료 | 추가 수수료 | 표준소급비 |
| 90201 | 물질량 농도 (Amount of substance concentration) | - | 수시 | 실비 | | 기본 및 추가 수수료의 10 % |
| 90202 | 질량 농도 (Mass concentration) | - | 수시 | 실비 | | " |
| 90203 | 촉매 활성 농도 (Catalytic activity concentration) | - | 수시 | 실비 | | " |